

Priloga 4: izsek iz odgovora MOP o verodostojnosti meritev

Navedenih podatkov o koncentraciji dušikovega oksida pa ne moremo komentirati, saj ni jasno, kako so bili pridobljeni. Na trgu je mogoče kupiti razne merilnike za meritve zraka, a se izmerjenih vrednosti takih naprav ne da vrednotiti z meritvami naprav umerjenih po standardih kakovosti in po standardnih metodah, ki jih predpisuje zakonodaja. Dosedanje izkušnje kažejo, da pri meritvah s takimi merilniki prihaja do velikih odstopanj od referenčnih vrednosti. To pomeni, da podatkov meritev iz nestandardnih naprav ni mogoče primerjati z opozorilnimi, kritičnimi in ciljnimi vrednostmi, ki veljajo za kakovost zraka. Za kredibilne podatke mora biti merilna oprema umerjana skladno s predpisi, ki določajo, kdo ter na koliko časa umerja merilno opremo, meritve pa morajo potekati po predpisanih standardnih metodah. Brez tega podatkov ni mogoče komentirati.